



18.04.19 № 2-04/4502

ООО «Энергоприбор»

614000, Пермский край,
г. Пермь, ул. Чкалова, дом 9 литера е,
офис 1007

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения документов, представленных в РГП
«КазИнМетр» ООО "Энергоприбор" на проведение метрологической
экспертизы материалов с целью признания результатов испытаний и
утверждения типа средств измерений по договору № 90 от 31.01.19 г.

1. Наименование и тип средства измерений: газоанализаторы
стационарные Газконтроль;

Изготовитель: ООО «Энергоприбор», г.Пермь;

Цель экспертизы: установление соответствия представленной
документации требованиям ПМГ 06-2001 «Порядок признания результатов
испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств
измерений», нормативных правовых актов и нормативных документов
Республики Казахстан, для признания результатов испытаний и утверждения
типа;

**2. На метрологическую экспертизу предоставлены следующие
документы:**

- копия сертификата об утверждении типа средств измерений;
- копия описания типа;
- копия руководства по эксплуатации;
- технические условия ТУ 4215-002-72208717-2016;
- копия методики поверки;
- форма паспортов с оттиском поверительного клейма;

**3. В результате проведенной метрологической экспертизы
установлено:**

3.1 Комплектность документов *соответствует* требованиям ПМГ 06-
2001. Представленные документы содержат информацию о назначении, краткое
описание.

3.2 По метрологическим и техническим характеристикам:

Методика поверки: «Газоанализаторы стационарные Газконтроль».
Методика поверки. МП-144-221-2016».

Метрологическое обеспечение СИ в Республике Казахстан: *обеспечены*.
Межповерочный интервал: - 1 год, с сенсором IR-инфракрасный - 2 года

Вид измерений: 09- физико-химические измерения;

Наименование измеряемых величин и обозначения их единиц в соответствии с ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы величин»: объемная доля, %

4. Рекомендации по результатам экспертизы:

- внести в реестр Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан тип газоанализаторов стационарных Газконтроль, производства ООО «Энергоприбор», г. Пермь;

- зарегистрировать в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан методику поверки «Газоанализаторы стационарные Газконтроль». Методика поверки. МП-144-221-2016»;

- выдать ООО «Энергоприбор» сертификат о признании утверждения типа газоанализаторов стационарных Газконтроль, производства ООО «Энергоприбор», г. Пермь со сроком до 06 июля 2022 года.

**Заместитель генерального
директора РГП «КазИнМетр»**



Б. Мухамеджанов

**И. о заведующего лабораторией № 2
РГП «КазИнМетр»**



Н. Веретельников

Экспертизу проводил:

**Ведущий эксперт
РГП «КазИнМетр»**



М. Копеева

Исп. Копеева М.Д.
282994